

高規格救急自動車に係る質疑回答

箕面市

業務名又は項目	質疑事項	回答
仕様書 P6 (5) 赤色警光灯	ア エ カ パトライト製とありますが同等品となりますがよろしいでしょうか。	同一性能及び同一数量であれば承認します。
仕様書 P8 (10)救命浮環	運転席後部取付とありますがライフボールS又はマリンポーチライト搭載となりますがよろしいでしょうか。	承認します。
仕様書 P9 キ 手洗い収納庫改造	手洗い収納庫改造とありますが収納庫対応となりますがよろしいでしょうか。	承認します。
仕様書 P12 (1)入力コンセント	車体後部右側とありますが、後部左側のみの設定となりますがよろしいでしょうか。	承認します。
仕様書 P14 別表 1	17 20 21 詳細な情報のご教示願います。	17 WORTH GARDEN 製と同等品。 20・21 セイバース製